

DIRUI



H-100

Analizador de Urina



CE
Certified to
ISO 9001:2008 and ISO 13485:2003



Caracteristicado produto

- Adota fonte de luz fria avançada de alta luminosidade com 4-comprimento de onda, que melhora a sensibilidade, precisão, especificidade e reduz a interferência da luz ambiente
- Adota um sistema de manuseio automático de resíduos, que evita contaminação cruzada entre amostras
- Retifica automaticamente os resultados do teste influenciados pela não especificidade, ph, gravidade específica e cor
- Impressora térmica embutida de alta velocidade e baixo ruído; Impressora de caneta externa
- Conectável com analisador de sedimento de urina DIRUI
- Os usuários podem definir um sinalizador de valor anormal por si próprios
- Exibição de unidades de sistema internacionais, regulares e de símbolo para opção



Especificações técnicas

- Itens de teste. Urobilinogênio, bilirrubina, cetona, creatinina, Mcro-albumina, sangue, proteína, nitrito, leucócitos, glicose, gravidade específica, pH e VC
- Comprimento de onda de teste: 525nm, 572nm, 610nm, 660nm
- Princípio do teste: colorimetria fotoelétrica
- Tiras adequadas: DIRUI H8, H10, H11, H11-MA, tiras de urinálise
- Rendimento do teste: 120 tiras / h ou 60 tiras / h opcional
- Armazenamento de dados: resultados de 1000 pacientes
Interface do computador: porta RS-232; interface de impressora paralela
- Display: LCD de matriz de pontos 240x64
- Language: chinês, inglês, russo, polonês, italiano, espanhol, português, turco, alemão, francês
- Fonte de alimentação ~ 100-240V, 50Hz / 60Hz
- Power 40VA
- Dimensões: 385mmx337mmx166 (LxWxH)
- Peso: 3-9 kg
- Impressora: impressora térmica embutida

Representante Exclusivo

BRAVO MOCO MEDICAL



Endereço: Centro Logístico de Talatona
Armazém EO5, Luanda - Angola
E-mail: bravomocomedical@gmail.com
Tel: +244 999 901 111 - 938 488 888
Web: www.bravomocomedical.com

